



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 3306ESTHL FABRICAÇÃO: 12/23 VALIDADE: 12/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	19,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Estreptomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de dezembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610