

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 3314AMC

FABRICAÇÃO: 01/24

VALIDADE: 01/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	20,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de janeiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610