

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

BACITRACINA DISCO COM 0,04UI (BAC 0,04)

LOTE: 3316BACID FABRICAÇÃO: 01/24 VALIDADE: 01/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	17,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de fevereiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610