

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTRIAXONA DISCO COM 30 ug (CRO 30)

LOTE: 3317CRO

FABRICAÇÃO: 01/24

VALIDADE: 01/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(22 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de fevereiro de 2024.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610