

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: IMIPENEM DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 3319IPM FABRICAÇÃO: 01/24 VALIDADE: 01/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	28,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(26 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(20 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de fevereiro de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610