

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 5 ug            (VAN 05)

LOTE: 3323VANE                      FABRICAÇÃO: 03/24            VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

|                          |            | Valor obtido | Valor Esperado | Alvo    |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|---------|
| Enterococcus faecalis    | ATCC 29212 | 15,0 mm      | ( 10 – 16 mm ) | 13,0 mm |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC 49619 | 21,0 mm      | ( 17 – 23 mm)  | 20,0 mm |
| Homogeneidade: de acordo |            | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |         |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
  - Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 15 de março de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610