

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

NOVOBIOCINA      DISCO COM 5ug      (NOV 05)

LOTE: 3324NOVID      FABRICAÇÃO: 03/24      VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus    ATCC BAA 750	7,5 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de março de 2024.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610