

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM (SULFAZOTRIM) DISCO COM 25 ug SUT 25 (23,75/1,25)

LOTE: 3326SUT

FABRICAÇÃO: 03/24

VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	31,0 mm	(26 – 32 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	32,0 mm	(26 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Sulfametoxazol/Trimetoprim (Sulfazotrim) entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de março de 2024.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610