

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFUROXIMA - DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 3327CRX FABRICAÇÃO: 03/24 VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610