RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFADROXIL DISCO COM 30 ug (CFA 30)

LOTE: 3328CFA FABRICAÇÃO: 03/24 VALIDADE: 03/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(14 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**
  Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
  Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
  Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 04 de abril de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610