

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

OFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (OFX 05)

LOTE: 3329OFX                      FABRICAÇÃO: 03/24                      VALIDADE: 03/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	( 24 – 28 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	( 21 – 27 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	33,0 mm	( 29 – 33 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de OFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610