

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 3333CIP FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26


TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	(29 – 38 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610