

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 3335CFE                      FABRICAÇÃO: 04/24                      VALIDADE: 04/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli    ATCC 25922	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.  
Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 16 de abril de 2024.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610