RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3336AMP FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	20,5 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado -** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de abril de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610