

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 3337LNZE FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	25,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,0 mm	(19 – 25 mm)	22,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	28,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade. Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 20 de abril de 2024.



Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610