



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ÁCIDO NALIDÍXICO - NAL 30, DISCO COM 30 ug.

LOTE: 3338NAL

FABRICAÇÃO: 04/24

VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de abril de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610