

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

COLISTINA DISCO COM 10 ug (COL 10)

LOTE: 3341COL FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	15,0 mm	(11 – 17 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	16,0 mm	(11 – 17 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de COLISTINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de abril de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610