

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TOBRAMICINA                      DISCO COM 10 ug (TOB 10)

LOTE: 3342TOB                      FABRICAÇÃO: 04/24                      VALIDADE: 04/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	( 19 – 29 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 20 – 26 mm )
Escherichia coli                      ATCC 25922	23,0 mm	( 18 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	( 19 – 26 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Tobramicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de maio de 2024.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610