



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)  
LOTE: 3343BAC FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 20,0 mm      | (17 - 22 mm )  |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de maio de 2024.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610