

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 3344LEV FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(25 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,5 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 7 de maio de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610