

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 3345CLI FABRICAÇÃO: 04/24 VALIDADE: 04/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(24 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de maio de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610