

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 5 ug (CTX 05)

LOTE: 3348CTXE FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	30,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	(28 – 34 mm)	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
 - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 16 de maio de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610