

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MEROPENEM DISCO COM 10 ug (MPM 10)

LOTE: 3349MPM FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(27 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de maio de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610