

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AMOXICILINA DISCO COM 10 ug (AMO 10)

LOTE: 3350AMO FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2024.
Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de maio de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610