

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLARITROMICINA DISCO COM 15 ug (CLA 15)

LOTE: 3351CLA

FABRICAÇÃO: 05/24

VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(26 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de Claritromicina entre -20° C a +8° C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de maio de 2024.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610