

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 3354TIG FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26


TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 05 de junho de 2024.



Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610