

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MARBOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (MRB 05)

LOTE: 3355MRB FABRICAÇÃO: 06/24 VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de MARBOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Referência CLSI/VET01S 2023.

Araçatuba, 12 de junho de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MARBOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (MRB 05)

LOTE: 3355MRB FABRICAÇÃO: 06/24 VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de MARBOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Referência CLSI/VET01S 2023.

Araçatuba, 12 de junho de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001