

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFEPIME DISCO COM 30 ug (CPM 30)

LOTE: 3356CPM FABRICAÇÃO: 05/24 VALIDADE: 05/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	31,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de junho de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001