RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALOTINA DISCO COM 30 ug (CFL 30)

LOTE: 3359CFL FABRICAÇÃO: 06/24 VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	(15 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Cefalotina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de junho de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001