

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AZTREONAM DISCO COM 30 ug - (ATM 30)

LOTE: 3361ATM

FABRICAÇÃO: 06/24

VALIDADE: 06/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	36,0 mm	(31 – 38 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de julho de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Eudorides Pacheco Junior – CRF/SP 5983