

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

RIFAMPICINA - RIF 05                      DISCO COM 05 ug

LOTE: 3363RIF                      FABRICAÇÃO: 06/24                      VALIDADE: 06/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(26 – 34 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,5 mm	(30 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de julho de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Eudorides Pacheco Junior – CRF/SP 5983