

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 3365ERT FABRICAÇÃO: 07/24 VALIDADE: 07/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 - 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,0 mm	(13 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de julho de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Eudorides Pacheco Junior – CRF/SP 5983