



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3366CAZE FABRICAÇÃO: 07/24 VALIDADE: 07/26

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Escherichia coli ATCC 25922       | 28,0 mm      | (23 – 29 mm)   |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 26,0 mm      | (21 – 27 mm)   |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.  
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 23 de julho de 2024.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001