

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 3367CAZ FABRICAÇÃO: 07/24 VALIDADE: 07/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(16 – 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,5 mm	(25 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no CLSI 2024.

Araçatuba, 20 de julho de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001