



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 3370DOX

FABRICAÇÃO: 07/24

VALIDADE: 07/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	( 18 – 24 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de DOXICICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001