

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 5 ug              (VAN 05)

LOTE: 3371VANE                      FABRICAÇÃO: 07/24                      VALIDADE: 07/26

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	14,5 mm	( 10 – 16 mm )	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	20,0 mm	( 17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
  - Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 13 de agosto de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles CRBM 12001