

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA DISCO COM 10 ug (EST 10)

LOTE: 3376EST FABRICAÇÃO: 08/24 VALIDADE: 08/26

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	18,0 mm	(14 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	18,0 mm	(12 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de ESTREPTOMICINA entre - 20°C a + 8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de agosto de 2024.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001