

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: IMIPENEM                      DISCO COM 10 ug    (IPM 10)

LOTE: 3378IPM                      FABRICAÇÃO: 08/24                      VALIDADE: 08/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	28,0 mm	( 24 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	( 26 – 32 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	( 20 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de agosto de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001