

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 3386SZT

FABRICAÇÃO: 08/24

VALIDADE: 08/26

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,5 mm	( 24 – 32 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	( 24 – 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de setembro de 2024.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001