



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NOVOBIOCINA DISCO COM 30 ug (NOV 30)

LOTE: 3392NOV FABRICAÇÃO: 09/24 VALIDADE: 09/26


TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de setembro de 2024.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001