



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: IMIPENEM

DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 3435IPM

FABRICAÇÃO: 01/25

VALIDADE: 01/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	27,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	(26 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	(20 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de janeiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601