



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

POLIMIXINA B DISCO COM 300 UI (POL 300)

LOTE: 3440POL FABRICAÇÃO: 01/25 VALIDADE: 01/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	15,0 mm	(13 – 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	15,0 mm	(14 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
Manter os discos de POLIMIXINA B entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601