



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

BACITRACINA	DISCO COM 0,04UI	(BAC 0,04)
LOTE: 3443BACID	FABRICAÇÃO: 02/25	VALIDADE: 02/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	17,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601