



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

OXACILINA DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 3444OXA FABRICAÇÃO: 02/25 VALIDADE: 02/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	22,0 mm	(18 - 24 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	22,0 mm	(19 - 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601