

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3446CAZE FABRICAÇÃO: 02/25 VALIDADE: 02/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2024.

Araçatuba, 08 de março de 2025.

*Daniela S.*Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601