



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 10 ug (GEN 10)

LOTE: 3453GEN FABRICAÇÃO: 03/25 VALIDADE: 03/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(19 – 27 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de março de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601