



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)
LOTE: 3455BAC FABRICAÇÃO: 03/25 VALIDADE: 03/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq 2,5$ mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de abril de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601