



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 3457SZT

FABRICAÇÃO: 03/25

VALIDADE: 03/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de abril de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601