



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 3458RIF FABRICAÇÃO: 04/25 VALIDADE: 04/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,5 mm	(26 – 34 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	33,0 mm	(30 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	9,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de abril de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601