



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 3461NIT FABRICAÇÃO: 04/25 VALIDADE: 04/27

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no CLSI 2024.

Araçatuba, 26 de abril de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601